

分析・試験結果報告書

2014/xx/xx

株式会社 御中

試験受付日 : 2014/xx/xx
受付番号 : TK-14****

モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

1. 分析内容 油剤の分析

2. 試料詳細
番号 :
機械名 :
油種名 :
採取年月日 : 201x年xx月xx日

3. 試験結果

試験項目	測定結果	管理基準	代表性状	単位	試験方法
色 (ASTM)	L3.0	著しい 変化なし	L3.0	-	JIS K 2580
動粘度 (40)	228.0	新油比 ±10%	228	mm ² /s	JIS K 2283
水分 (KF法)	<0.01	0.1以下	-	質量%	JIS K 2275
酸価	0.80	新油 +0.5以下	0.8	mgKOH/g	JIS K 2501
ペンタン不溶解分 (A法)	<0.01	0.1以下	-	質量%	JPI-5S-18-80
トルエン不溶解分 (A法)	<0.01	-	-	質量%	JPI-5S-18-80

4. コメント
特に問題はみられません。

以上